



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.34.004.A № 48766

Срок действия до 20 ноября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Мультиметры – мегаомметры Fluke 1577, Fluke 1587 и Fluke 1587T

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма Fluke Corporation, США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 33752-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 33752-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2012 г. № 1044

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

" 5 " ..... 12 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 007390

**Срок действия до 05 октября 2022 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **05 октября 2017 г. № 2110**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

"06" 10 ..... 2017 г.