ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.34.004.A № 51653

Срок действия до 29 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Клещи универсальные Fluke 302+, Fluke 303, Fluke 305

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма Fluke Corporation, США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **54291-13**

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ
МИ 1202-86, ГОСТ 8.497-83, МИ 2159-91, ГОСТ 8.409-81

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **29 июля 2013 г. № 849**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." ..... 2013 г.

Серия СИ

№ 011033

Срок действия до 15 июня 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **15 июня 2018 г. № 1221**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев

«.....» ..... 2018 г.